

论证会参会人员签到表

项目名称：济宁北湖省级旅游度假区人民医院 GE 彩色多普勒超声诊断系统心脏
探头采购项目

时间：2024年7月15日

姓名	单位	职务	联系电话
论证会专家			
刘凤军	济宁北湖省级旅游度假区 中心医院	设备科 副科长	15954703068
许洋	济宁市人力资源和社会保障 局		13563783946
付天伟	济宁市疾病预防控制中心		18766877808
参会人员			
李莹莹	济宁北湖省级旅游度假区 人民医院		15254612150

单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名：许洋
	职称：中收
	工作单位：济宁市人力资源和社会保障局
项目名称	济宁北湖省级旅游度假区人民医院 GE 彩色多普勒超声诊断系统心脏探头采购项目
采购人	济宁北湖省级旅游度假区人民医院
供应商信息	<p>供应商名称：山东海珀电子科技有限公司</p> <p>供应商地址：山东省济南市市中区卧龙路绿地泉景雅园商务大厦 1835</p>
采购项目基本情况	<p>1、超声科所需采购的心脏探头，是目前科室正在使用的超声诊断仪(Logiq S8)配备的相关附件，该设备所需使用配件具有不可替代性，更换也有统一规格的需要，具有唯一性，因此只能采购原厂产品，才能使设备在参数性能上达到最佳使用状态。</p> <p>2、2014年10月1日起施行的《医疗器械注册管理办法》第六章第四十九条规定：“产品名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等发生变化的，注册人应当向原注册部门申请许可事项变更。”</p> <p>在设备使用及维修过程中，难免需要更换零备件，很多备件是整机的重要结构及组成，与整机一同注册，如使用非原厂配件，则整机的结构及组成已发生变化，按此法规要求，整机需要重新注册。如使用非原厂配件，原生产公司不负责重新注册，因此只能使用原厂配件。</p>

<p>专家论证意见</p>	<p> 北湖人民医院所需G1彩超多普勒 超声诊断系统心脏探头为目前科完 正在使用的设备相关配件，具有配套性， 不可替代，只能从原^{采购}厂产品，且该配件为 整机的重要组成部分及组成与整机一同 注册，如使用非原厂配件，原生产公司 不负责重新注册，设备将无法正常使用。 综上所述，本项目符合《政府采购法》 第三十一条“只能从唯一供应商处采购”之 规定；建议采用单一来源方式进行采购 </p>	
<p>专家签字</p>	<p>许洋</p>	<p>日期：2024年7月15日</p>


单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 付天顺
	职称: 中级
	工作单位: 济宁市标准信息中心
项目名称	济宁北湖省级旅游度假区人民医院 GE 彩色多普勒超声诊断系统心脏探头采购项目
采购人	济宁北湖省级旅游度假区人民医院
供应商信息	<p>供应商名称: 山东海珀电子科技有限公司</p> <p>供应商地址: 山东省济南市市中区卧龙路绿地泉景雅园商务大厦 1835</p>
采购项目基本情况	<p>1、超声科所需采购的心脏探头, 是目前科室正在使用的超声诊断仪(Logiq S8)配备的相关附件, 该设备所需使用配件具有不可替代性, 更换也有统一规格的需要, 具有唯一性, 因此只能采购原厂产品, 才能使设备在参数性能上达到最佳使用状态。</p> <p>2、2014 年 10 月 1 日起施行的《医疗器械注册管理办法》第六章第四十九条规定: “产品名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等发生变化的, 注册人应当向原注册部门申请许可事项变更。”</p> <p>在设备使用及维修过程中, 难免需要更换零备件, 很多备件是整机的重要结构及组成, 与整机一同注册, 如使用非原厂配件, 则整机的结构及组成已发生变化, 按此法规要求, 整机需要重新注册。如使用非原厂配件, 原生产公司不负责重新注册, 因此只能使用原厂配件。</p>

<p>专家论证意见</p>	<p>本项目采购的超声科所需的心脏探头，是超声诊断仪（Logiq S8）配套的相关配件，具有不可替代性，只能使用原厂配件。</p> <p>符合《政府采购法》第三十一条“只能从唯一供应商处采购”之规定，建议从原生产公司采购原厂配件。建议使用单一来源方式 进行采购。</p>	
<p>专家签字</p>	<p>付天恒</p>	<p>日期：2024年7月15日</p>

单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名：姚志峰
	职称：中级
	工作单位：济宁北湖省级旅游度假区人民医院
项目名称	济宁北湖省级旅游度假区人民医院 GE 彩色多普勒超声诊断系统心脏探头采购项目
采购人	济宁北湖省级旅游度假区人民医院
供应商信息	<p>供应商名称：山东海珀电子科技有限公司</p> <p>供应商地址：山东省济南市市中区卧龙路绿地泉景雅园商务大厦 1835</p>
采购项目基本情况	<p>1、超声科所需采购的心脏探头，是目前科室正在使用的超声诊断仪(Logiq S8)配备的相关附件，该设备所需使用配件具有不可替代性，更换也有统一规格的需要，具有唯一性，因此只能采购原厂产品，才能使设备在参数性能上达到最佳使用状态。</p> <p>2、2014年10月1日起施行的《医疗器械注册管理办法》第六章第四十九条规定：“产品名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等发生变化的，注册人应当向原注册部门申请许可事项变更。”在设备使用及维修过程中，难免需要更换零备件，很多备件是整机的重要结构及组成，与整机一同注册，如使用非原厂配件，则整机的结构及组成已发生变化，按此法规要求，整机需要重新注册。如使用非原厂配件，原生产公司不负责重新注册，因此只能使用原厂配件。</p>

<p>专家论证意见</p>	<p>济宁市附属医院及济宁市疾病预防控制中心 目前所使用的超声诊断仪（LOGIQ S8）配 备的心脏探头，经考证，该设备与其 他探头不兼容。为保证该设备正常运行 只能采购原厂生产的心脏探头。符合《政府 采购法》第三十一条“只能从唯一供应商 处采购”之规定。建议从唯一供应商 山东海珀电子科技有限公司采购。</p>	
<p>专家签字</p>		<p>日期：2024年7月15日</p>